

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e. V.  
40223 Düsseldorf Ubiere - Str. 20 , 40093 Postfach 250211

# Zertifikat

**Virusgenomnachweis Juni 2016**

Einsendeschluss des Ringversuchs : 24.6.2016


**Dr. Winfried Steinberg (Tn-Nr. 47086 )**  
**Dr. Steinberg GmbH**  
**Im Stiftsfeld 1**  
**59494 Soest**


Hiermit wird bestätigt, dass der oben genannte Teilnehmer **erfolgreich**  
am Ringversuch Juni 2016 mit folgenden Untersuchungen teilgenommen hat :

PCR-/NAT-HPV (373) - Typisierung von High Risk HPV (o. Bestimmung v. Low Risk HPV) (35) R-B3 \*\*

\* Gültigkeitsdauer 6 Monate \*\* Gültigkeitsdauer 12 Monate \*\*\* Gültigkeitsdauer 2 Jahre  
R-B2: RiiliBÄK-Teil B2-pflichtiger Parameter R-B3: RiiliBÄK-Teil B3-pflichtiger Parameter



  
Prof. Dr. M. Spannagel  
(Leiter der Referenzinstitutionen)

  
Prof. Dr. H. Zeichhardt  
(Ringversuchsleiter)

Düsseldorf, den 3.8.2016

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e. V.  
40223 Düsseldorf Ubier-Str. 20 , 40093 Postfach 250211

## Teilnahmebescheinigung

**Virusgenomnachweis Juni 2016**

Einsendeschluss des Ringversuchs : 24.6.2016


**Dr. Winfried Steinberg (Tn-Nr. 47086 )**  
**Dr. Steinberg GmbH**  
**Im Stiftsfeld 1**  
**59494 Soest**


Hiermit wird bestätigt, dass der oben genannte Teilnehmer am Ringversuch Juni 2016 mit folgenden Untersuchungen teilgenommen hat:

PCR-/NAT-HPV (373) - Typisierung von High Risk HPV (o. Bestimmung v. Low Risk HPV) (35) R-B3

R-B2: RiliBÄK-Teil B2-pflichtiger Parameter    R-B3: RiliBÄK-Teil B3-pflichtiger Parameter



  
Prof./Dr. M. Spannagel  
(Leiter der Referenzinstitution)

  
Prof. Dr. H. Zeichhardt  
(Ringversuchsleiter)

Düsseldorf, den 3.8.2016



**INSTAND Ringversuch  
Virusgenom-Nachweis**
**Individuelle Ergebnismitteilung**
**Tn-Nr. 47086  
3. 8.2016  
Seite 2 -E**
**Juni 2016**
**Ihre Angaben:**

Prb. Test - Methode / Reagenz	Beurteilung Ihrer Analysen	Ihr qual. Ergebnis
<b>Typisierung von High Risk HPV o. Bestimmung v. Low Risk HPV (35)</b>		
373061 Becton Dickinson Onclarity HPV-Test	richtig	Typ: 18
373062 Becton Dickinson Onclarity HPV-Test	richtig	negativ
373063 Becton Dickinson Onclarity HPV-Test	richtig	Typ: 16
373064 Becton Dickinson Onclarity HPV-Test	richtig	negativ
373065 Becton Dickinson Onclarity HPV-Test +	richtig	Typ: 18

 + : Zertifikat erteilt  
Bl. 8575

Juni 2016

**Dr. Winfried Steinberg (Tn-Nr. 47086 )  
Dr. Steinberg GmbH  
Im Stiftsfeld 1  
59494 Soest**

**gültige Angaben:**

**PCR- / NAT-HPV (373)**

<b>Prb. Test</b>	<b>qual. Ergebnis</b>
373061 Differenz. v. HPV (Hum. Papillomaviren) in High Risk u. Low Risk Typen (20)	High Risk
373062 Differenz. v. HPV (Hum. Papillomaviren) in High Risk u. Low Risk Typen (20)	Low Risk
373063 Differenz. v. HPV (Hum. Papillomaviren) in High Risk u. Low Risk Typen (20)	High Risk
373064 Differenz. v. HPV (Hum. Papillomaviren) in High Risk u. Low Risk Typen (20)	negativ
373065 Differenz. v. HPV (Hum. Papillomaviren) in High Risk u. Low Risk Typen (20)	High Risk
373061 Typisierg. v. High Risk HPV u. Nachw. v. Low Risk HPV o. Typisierg. (25)	Typ=18
373062 Typisierg. v. High Risk HPV u. Nachw. v. Low Risk HPV o. Typisierg. (25)	Low Risk
373063 Typisierg. v. High Risk HPV u. Nachw. v. Low Risk HPV o. Typisierg. (25)	Typ=16
373064 Typisierg. v. High Risk HPV u. Nachw. v. Low Risk HPV o. Typisierg. (25)	negativ
373065 Typisierg. v. High Risk HPV u. Nachw. v. Low Risk HPV o. Typisierg. (25)	Typ=18
373061 Typisierg. v. HPV (Humane Papillomaviren) (30)	Typ=18
373062 Typisierg. v. HPV (Humane Papillomaviren) (30)	Typ=6
373063 Typisierg. v. HPV (Humane Papillomaviren) (30)	Typ=16
373064 Typisierg. v. HPV (Humane Papillomaviren) (30)	negativ
373065 Typisierg. v. HPV (Humane Papillomaviren) (30)	Typ=18
373061 Typisierg. v. High Risk HPV (o. Best. v. Low Risk HPV) (35)	Typ=18
373062 Typisierg. v. High Risk HPV (o. Best. v. Low Risk HPV) (35)	negativ
373063 Typisierg. v. High Risk HPV (o. Best. v. Low Risk HPV) (35)	Typ=16
373064 Typisierg. v. High Risk HPV (o. Best. v. Low Risk HPV) (35)	negativ
373065 Typisierg. v. High Risk HPV (o. Best. v. Low Risk HPV) (35)	Typ=18
373061 Best. v. "High Risk" HPV (o. Best. v. "Low Risk" HPV) (60)	High Risk
373062 Best. v. "High Risk" HPV (o. Best. v. "Low Risk" HPV) (60)	negativ
373063 Best. v. "High Risk" HPV (o. Best. v. "Low Risk" HPV) (60)	High Risk
373064 Best. v. "High Risk" HPV (o. Best. v. "Low Risk" HPV) (60)	negativ
373065 Best. v. "High Risk" HPV (o. Best. v. "Low Risk" HPV) (60)	High Risk